柴田科学総合カタログ2900号正誤表

頁	製品名	品目コード	訂正項目	誤	正
94	メスシリンダー用バンパー	026510-	材質	ポリプロピレン	ポリエチレン
108	ガラスデジフィット10mL	080130-110	分注範囲	1～10000	1000～10000
259	慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354型	080120-354	流量	※PM4：9.6L/min	※PM4：20L/min
259	慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354型φ25	080120-35425	流量	※PM4：20/min	※PM4：20L/min
297	二酸化炭素モニター CS-1型	080990-001	数値表示範囲	湿度:10～5%	湿度:10～95%
297	二酸化炭素モニター CS-1型	080990-001	画面表示項目	（温度/湿度は切換）	（二酸化炭素/湿度は切換）
307	ヨウ化カリウム 薬さじ付	080520-0058	品目コード	写真下品目コード 080540-	080520-
309	ヨウ化カリウム 薬さじ付	080520-0058	品目コード	写真下品目コード 080540-	080520-
324	POVテスター低濃度型用　試薬9mL	080570-862	品目コード	080580-862	080570-862
377	回転部ユニット（画像）	050600-31004	品目コード	050600-21004	050600-31004
414	接続セット　B-295用	F34505-1783	中止	ー	製造中止
裏表紙	修理サービスセンター 電話番号、FAX番号	－	－	TEL.(048)933-0650 FAX.(048)933-1591	TEL.(048)931-0368 FAX.(048)931-0655

…追加訂正項目

最新の変更/正・誤情報はhttps://www.sibata.co.jp/から

柴田科学株式会社