

酸価 A V による劣化度の管理

柴田科学では A V の簡易測定器から公定法の滴定分析用ガラス器具まで幅広くご用意しています。

簡易測定でスクリーニング


●AV試験紙



簡易測定で
スクリーニング

公定法で
精度管理

常温液体の植物油の酸価 A V の分析



※基準油脂分析試験法（2003年版）等参考

機材対照番号	品目コード	品名・型式	機材対照番号	品目コード	品名・型式
1	010530-300A	三角フラスコ 300ml	5	020510-01A	駒込ビベット 1ml
2	010330-0200A	共栓三角フラスコ 200ml	6	—	スポイト（シリコンゴム製）
3	023520-100	メスシリンダー スーパーグレード 100ml	7	022510-10	自動ビュレット スーパーグレード 10ml
4	025800-01000	デジファイト AUV 1000μL			